



FICHA DE ANÁLISE: HAT10222

DATA: 06/03/2022

PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA ADULTO**LOTE: HAT10222****DATA DE FABRICAÇÃO: 02/22****VALIDADE: 02/24****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,51****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 20 DIAS DE
INCUBAÇÃO À TEMPERATURA
35°C+/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO À 35°C ± 2°C DURANTE 24-48 HORAS:***Staphylococcus aureus* ATCC 25923*Escherichia coli* ATCC 25922*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853**CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade – DME****Karina de Campos Salles – CRBM 12001**