



FICHA DE ANÁLISE: HAT10622

DATA: 24/06/2022

**PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA ADULTO**  
**LOTE: HAT10622**  
**DATA DE FABRICAÇÃO: 06/22**  
**VALIDADE: 06/24**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,50**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS DE**  
**INCUBAÇÃO À TEMPERATURA**  
**35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO À 35°C ± 2°C DURANTE 24-48 HORAS:**

*Staphylococcus aureus* ATCC 25923  
*Escherichia coli* ATCC 25922  
*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853

**CRESCIMENTO EXCELENTE**  
**CRESCIMENTO EXCELENTE**  
**CRESCIMENTO EXCELENTE**

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

**Controle de qualidade – DME**  
**Karina de Campos Salles – CRBM 12001**