



FICHA DE ANÁLISE: HAT10821

DATA: 25/08/2021

**PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA ADULTO****LOTE: HAT10821****DATA DE FABRICAÇÃO: 08/21****VALIDADE: 08/23****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,48****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE  
CRESCIMENTO APÓS 18 DIAS DE  
INCUBAÇÃO À TEMPERATURA  
35°C+/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO À 35°C ± 2°C DURANTE 24-48 HORAS:***Staphylococcus aureus* ATCC 25923*Escherichia coli* ATCC 25922*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853**CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade – DME****Karina de Campos Salles – CRBM 12001**