



FICHA DE ANÁLISE: HAT10521

DATA: 31/05/2021

PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA ADULTO**LOTE: HAT10521****DATA DE FABRICAÇÃO: 05/21****VALIDADE: 05/23****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,51****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 15 DIAS DE
INCUBAÇÃO À TEMPERATURA
35°C+/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO À 35°C ± 2°C DURANTE 24-48 HORAS:***Staphylococcus aureus* ATCC 25923**CRESCIMENTO EXCELENTE***Escherichia coli* ATCC 25922**CRESCIMENTO EXCELENTE***Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853**CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade – DME****Karina de Campos Salles – CRBM 12001**