



FICHA DE ANÁLISE: HAT10620

DATA: 12/06/2020

**PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA ADULTO****LOTE: HAT10620****DATA DE FABRICAÇÃO: 06/20****VALIDADE: 06/22****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,49****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE  
CRESCIMENTO APÓS 07 DIAS DE  
INCUBAÇÃO À TEMPERATURA  
35°C +/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE  
CRESCIMENTO À 35°C ± 2°C  
DURANTE 24-48 HORAS:***Staphylococcus aureus* ATCC 25923  
*Escherichia coli* ATCC 25922  
*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853**CRESCIMENTO EXCELENTE  
CRESCIMENTO EXCELENTE  
CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001**