



FICHA DE ANÁLISE: HAT10823

DATA: 12/08/2023

PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA ADULTO**LOTE: HAT10823****DATA DE FABRICAÇÃO: 08/23****VALIDADE: 08/25****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,50****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 7 DIAS DE
INCUBAÇÃO À TEMPERATURA
35°C +/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO À 35°C ± 2°C DURANTE 24-48 HORAS:***Staphylococcus aureus* ATCC 25923**CRESCIMENTO EXCELENTE***Escherichia coli* ATCC 25922**CRESCIMENTO EXCELENTE***Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853**CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade – DME****Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610**