



FICHA DE ANÁLISE: HAT11122

DATA: 05/01/2023

PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA ADULTO
LOTE: HAT11122
DATA DE FABRICAÇÃO: 11/22
VALIDADE: 11/24

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,50

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 34 DIAS DE
INCUBAÇÃO À TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO À 35°C ± 2°C DURANTE 24-48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923
Escherichia coli ATCC 25922
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001