



FICHA DE ANÁLISE: HPT10220

DATA: 22/02/2020

PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA PEDIÁTRICO**LOTE: HPT10220****DATA DE FABRICAÇÃO: 02/20****VALIDADE: 02/22****ANALISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,51****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS
DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE
CRESCIMENTO A 35°C ± 2
DURANTE 24- 48 HORAS:***Staphylococcus aureus* ATCC 25923*Escherichia coli* ATCC 25922*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853**CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de Qualidade – DME****Karina de Campos Salles– CRBM 12001**