

FICHA DE ANÁLISE: HPT11021**DATA: 22/10/2021**

PRODUTO: CALDO HEMOCULTURA PEDIÁTRICO
LOTE: HPT11021
DATA DE FABRICAÇÃO: 10/21
VALIDADE: 10/23

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.4 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,50

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS
DE INCUBAÇÃO À TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE
CRESCIMENTO À 35°C ± 2°C
DURANTE 24 - 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923
Escherichia coli ATCC 25922
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE
CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO



Controle de Qualidade – DME
Eudorides Pacheco Júnior – CRF/SP 5983