

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

LEVOFLOXACINA DISCO COM 05 ug (LEV 05)

LOTE: 2939LEV FABRICAÇÃO: 01/21 VALIDADE: 01/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	(25 – 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	24,0 mm	(19 – 25 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	(29 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	25,0 mm	(19 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de LEVOFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de fevereiro de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001