**FICHA DE ANÁLISE: AMA-A11024** **DATA 21/10/2024**

**PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR – 20 ML**
**LOTE: AMA-A11024**
**FABRICAÇÃO: 10/24**
**VALIDADE: 10/26**

| **ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO** | **RESULTADOS** |
|---|---|
| **PH: 7.1 +/-0,2 A 25ºC** | **7,18** |
| **ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS EM QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35ºC+/-2ºC.** | **DE ACORDO** |

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35ºC DURANTE 24- 48 HORAS:**

| | | |
|---|---|---|
| *Escherichia coli* | ATCC 25922 | **CRESCIMENTO EXCELENTE** |
| *Pseudomonas aeruginosa* | ATCC 27853 | **CRESCIMENTO EXCELENTE** |

**CONCLUSÃO:** ***PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO***

Daniela S.

**Controle de Qualidade - DME**
**Daniela de Souza Silva – CRBM 31601**