FICHA DE ANÁLISE: AMA-B10125 **DATA 21/01/2025**

PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR – 50 ML
LOTE: AMA-B10125
FABRICAÇÃO: 01/25
VALIDADE: 01/27

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO	**RESULTADOS**
PH: 7.1 +/-0,2 A 25ºC	**7,15**
ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 09 DIAS EM QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35ºC+/-2ºC.	**DE ACORDO**

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35ºC DURANTE 24- 48 HORAS:

Escherichia coli	ATCC 25922	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	**CRESCIMENTO EXCELENTE**

CONCLUSÃO: ***PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO***

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601