



FICHA DE ANÁLISE: AMA-A11025

DATA 14/11/2025

PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR – 20 ML**LOTE: AMA-A11025****FABRICAÇÃO: 10/25****VALIDADE: 10/27****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.1 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,15****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 12 DIAS EM
QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO
A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:***Escherichia coli*

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE*Pseudomonas aeruginosa*

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO***Daniela S.***Controle de Qualidade - DME****Daniela de Souza Silva – CRBM 31601**