



FICHA DE ANÁLISE: AMA-A10125

DATA 31/01/2025

PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR – 20 ML**LOTE: AMA-A10125****FABRICAÇÃO: 01/25****VALIDADE: 01/27****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.1 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,16****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 13 DIAS EM
QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO
A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:***Escherichia coli*

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE*Pseudomonas aeruginosa*

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO***Daniela S.***Controle de Qualidade - DME****Daniela de Souza Silva – CRBM 31601**