

**FICHA DE ANÁLISE: AMA-A10221****DATA 11/03/2021**

**PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR – 20 ML**  
**LOTE: AMA-A10221**  
**FABRICAÇÃO: 02/21**  
**VALIDADE: 02/23**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.1 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,18**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 17 DIAS EM**  
**QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO**  
**A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:**

*Escherichia coli*

ATCC 25922

**CRESCIMENTO EXCELENTE**

*Pseudomonas aeruginosa*

ATCC 27853

**CRESCIMENTO EXCELENTE**

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**



**Controle de qualidade - DME**  
**Karina de Campos Salles – CRBM 12001**