



FICHA DE ANÁLISE: AMA-A10723

DATA 10/08/2023

PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR – 20 ML
LOTE: AMA-A10723
FABRICAÇÃO: 07/23
VALIDADE: 07/25

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.1 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,19

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS EM
QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO
A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:

Escherichia coli

ATCC 25922

CRESCIMENTO EXCELENTE

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610