



FICHA DE ANÁLISE: AMA-B10523

DATA 19/05/2023

**PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR – 50 ML**  
**LOTE: AMA-B10523**  
**FABRICAÇÃO: 05/23**  
**VALIDADE: 05/25**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.1 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,18**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS EM**  
**QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO**  
**A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:**

*Escherichia coli*

ATCC 25922

**CRESCIMENTO EXCELENTE**

*Pseudomonas aeruginosa*

ATCC 27853

**CRESCIMENTO EXCELENTE**

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

*Tainá Santos*

**Controle de Qualidade - DME**

**Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610**