



FICHA DE ANÁLISE: AMA-B10820

DATA 05/09/2020

**PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR**  
**LOTE: AMA-B10820**  
**FABRICAÇÃO: 08/20**  
**VALIDADE: 08/22**

**ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO**  
**PH: 7.1 +/-0,2 A 25°C**

**RESULTADOS**  
**7,19**

**ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE**  
**CRESCIMENTO APÓS 22 DIAS EM**  
**QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO**  
**A TEMPERATURA 35°C+/-2°C.**

**DE ACORDO**

**TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:**

<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	<b>CRESCIMENTO EXCELENTE</b>

**CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

**Controle de Qualidade - DME**  
**Karina de Campos Salles – CRBM 12001**