FICHA DE ANÁLISE: AMA-B11024 **DATA 14/10/2024**

PRODUTO DME: MAC CONKEY AGAR – 50 ML
LOTE: AMA-B11024
FABRICAÇÃO: 10/24
VALIDADE: 10/26

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO	**RESULTADOS**
PH: 7.1 +/-0,2 A 25ºC	**7,18**
ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE CRESCIMENTO APÓS 07 DIAS EM QUARENTENA E 48 H DE INCUBAÇÃO A TEMPERATURA 35ºC+/-2ºC.	**DE ACORDO**

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35ºC DURANTE 24- 48 HORAS:

Escherichia coli	ATCC 25922	**CRESCIMENTO EXCELENTE**
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	**CRESCIMENTO EXCELENTE**

CONCLUSÃO: ***PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO***

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601