



FICHA DE ANÁLISE: ASM-A10626

DATA 27/06/2026

PRODUTO: AGAR MANITOL SALT – 20 ML
LOTE: ASM-A10626
DATA DE FABRICAÇÃO: 06/26
VALIDADE: 06/28

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.5 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,55

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 13 DIAS EM
QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24 - 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444