



FICHA DE ANÁLISE: ASM-A10319

DATA 08/04/2019

PRODUTO: AGAR MANITOL SALT
LOTE: ASM-A10319
DATA DE FABRICAÇÃO: 03/19
VALIDADE: 03/21

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.5 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,53

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 07 DIAS EM
QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

Controle de qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001