



FICHA DE ANÁLISE: ASM-A10323

DATA 13/04/2023

PRODUTO: AGAR MANITOL SALT – 20 ML
LOTE: ASM-A10323
DATA DE FABRICAÇÃO: 03/23
VALIDADE: 03/25

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.5 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,48

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 12 DIAS EM
QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: **PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

Controle de qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001