



FICHA DE ANÁLISE: ASM-A10622

DATA 24/06/2022

PRODUTO: AGAR MANITOL SALT – 20 ML
LOTE: ASM-A10622
DATA DE FABRICAÇÃO: 06/22
VALIDADE: 06/24

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.5 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,58

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 07 DIAS EM
QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: **PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO**

Controle de qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001