

FICHA DE ANÁLISE: ASM-A11021**DATA 26/10/2021**

PRODUTO: AGAR MANITOL SALT – 20 ML
LOTE: ASM-A11021
DATA DE FABRICAÇÃO: 10/21
VALIDADE: 10/23

ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO
PH: 7.5 +/-0,2 A 25°C

RESULTADOS
7,58

ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 15 DIAS EM
QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C+/-2°C.

DE ACORDO

TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24- 48 HORAS:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

CRESCIMENTO EXCELENTE

CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO


Controle de qualidade – DME
Eudorides Pacheco Júnior – CRF/SP 5983