



FICHA DE ANÁLISE: AMH-A10225

DATA 15/03/2025

**PRODUTO: MUELLER HINTON AGAR – 20mL****LOTE: AMH-A10225****DATA DE FABRICAÇÃO: 02/25****VALIDADE: 02/27****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,35****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE  
CRESCIMENTO APÓS 13 DIAS EM  
QUARENTENA E 48H DE  
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA  
35°C +/- 2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:****Escherichia coli ATCC 25922****Staphylococcus aureus ATCC 25923****Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO***Daniela S.***Controle de qualidade - DME****Daniela de Souza Silva– CRBM 31601**