



FICHA DE ANÁLISE: AMH-A10721

DATA 16/07/2021

**PRODUTO: MUELLER HINTON AGAR – 20mL****LOTE: AMH-A10721****DATA DE FABRICAÇÃO: 07/21****VALIDADE: 07/23****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,40****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE  
CRESCIMENTO APÓS 12 DIAS EM  
QUARENTENA E 48H DE  
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA  
35°C +/- 2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:****Escherichia coli ATCC 25922****Staphylococcus aureus ATCC 25923****Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade - DME****Karina de Campos Salles– CRBM 12001**