



FICHA DE ANÁLISE: AMH-A10822

DATA 29/08/2022

PRODUTO: MUELLER HINTON AGAR – 20mL**LOTE: AMH-A10822****DATA DE FABRICAÇÃO: 08/22****VALIDADE: 08/24****ANÁLISE/ESPECIFICAÇÃO****PH: 7.3 +/-0,2 A 25°C****RESULTADOS****7,39****ESTERILIDADE: AUSÊNCIA DE
CRESCIMENTO APÓS 14 DIAS EM
QUARENTENA E 48H DE
INCUBAÇÃO A TEMPERATURA
35°C +/- 2°C.****DE ACORDO****TESTE DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO A 35°C DURANTE 24-48 HORAS:****Escherichia coli ATCC 25922****Staphylococcus aureus ATCC 25923****Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CRESCIMENTO EXCELENTE****CONCLUSÃO: PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO****Controle de qualidade - DME****Karina de Campos Salles– CRBM 12001**