

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)

NOVOBIOCINA DISCO COM 5ug (NOV 05)

LOTE: 2949NOVID FABRICAÇÃO: 03/21 VALIDADE: 03/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus saprophyticus ATCC BAA 750	7,5 mm	≤ 16 mm
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de Novobiocina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 20 de março de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001