

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****LOTE: P4X6DME10626****FAB. 06/26****VAL. 06/27****Módulo I (MI)**

Antibacterianos	Potência/ Código	Lote/ Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218	
			Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)	
Clindamicina	CLI 02	3555CLI	26,0	24-30	-	-	-	-	-	-
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	28,0	22-30	-	-	-	-	-	-
Oxacilina	OXA 01	3495OXA	21,0	18-24	-	-	-	-	-	-
Penicilina G ¹	PEN 10	3503PEN	35,0	26-37	-	-	-	-	-	-
Teicoplanina	TEC 30	3527TEC	18,0	15-21	-	-	-	-	-	-
Vancomicina	VAN 30	3485VAN	19,0	17-21	-	-	-	-	-	-

¹ Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.**Módulo II (MII)**

Antibacterianos	Potência/ Código	Lote/ Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218	
			Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)	
Ac. Nalidíxico	NAL 30	3532NAL	-	-	28,0	22-28	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	28,5	22-30	35,5	29-38	33,0	25-33	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	29,0	25-30	34,0	29-37	22,5	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3571MPM	35,5	29-37	34,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3537NIT	19,5	18-22	24,5	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3526NOR	27,0	17-28	34,0	28-35	29,0	22-29	-	-

Módulo III (MIII)

Antibacterianos	Potência/ Código	Lote/ Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218	
			Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)	
Amicacina	AMI 30	3585AMI	23,5	20-26	24,5	19-26	26,0	20-26	-	-
Ampicilina	AMP 10	3525AMP	32,5	27-35	22,0	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ 30	3576CFZ	33,5	29-35	27,0	21-27	-	-	-	-
Cefotaxima	CTX 30	3502CTX	27,5	25-31	35,0	29-35	20,0	18-22	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	3535CAZ	18,0	16-20	32,0	25-32	29,0	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	3570SUT	30,0	24-32	29,0	23-29	-	-	-	-

Módulo IV (MIV)

Antibacterianos	Potência/ Código	Lote/ Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218	
			Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)	
Aztreonam	ATM 30	3561ATM	-	-	34,0	28-36	29,0	23-29	35,0	31-38
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	26,0	23-29	27,5	23-29	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3513CRO	27,5	22-28	34,0	29-35	20,5	17-23	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3562CLO	24,5	19-26	27,0	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3557GEN	23,5	19-27	23,0	19-26	22,5	17-23	-	-
Tetraciclina	TET 30	3540TET	30,0	24-30	25,0	18-25	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências CLSI 2026.

PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

DATA: 18/06/2026.

CONTROLE DE QUALIDADE – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444