

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 4X6 - DME LOTE: P4X6DME20626 FAB. 06/26 VAL. 06/27****Módulo I (MI)**

Antibacterianos	Potência/ Código	Lote/ Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218	
			Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)	
Clindamicina	CLI 02	3555CLI	27,5	24-30	-	-	-	-	-	-
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	30,0	22-30	-	-	-	-	-	-
Oxacilina	OXA 01	3554OXA	23,5	18-24	-	-	-	-	-	-
Penicilina G ¹	PEN 10	3503PEN	34,5	26-37	-	-	-	-	-	-
Teicoplanina	TEC 30	3566TEC	20,0	15-21	-	-	-	-	-	-
Vancomicina	VAN 30	3485VAN	21,0	17-21	-	-	-	-	-	-

¹ Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.**Módulo II (MII)**

Antibacterianos	Potência/ Código	Lote/ Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218	
			Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)	
Ac. Nalidíxico	NAL 30	3532NAL	-	-	27,0	22-28	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	30,0	22-30	37,5	29-38	33,0	25-33	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	30,0	25-30	35,0	29-37	23,5	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	3601MPM	35,5	29-37	32,5	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 300	3537NIT	22,0	18-22	24,5	20-25	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	3526NOR	27,0	17-28	33,0	28-35	27,0	22-29	-	-

Módulo III (MIII)

Antibacterianos	Potência/ Código	Lote/ Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218	
			Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)	
Amicacina	AMI 30	3585AMI	25,5	20-26	26,0	19-26	25,0	20-26	-	-
Ampicilina	AMP 10	3525AMP	33,5	27-35	21,0	15-22	-	-	-	-
Cefazolina	CFZ 30	3576CFZ	35,0	29-35	25,0	21-27	-	-	-	-
Cefotaxima	CTX 30	3502CTX	30,0	25-31	34,5	29-35	21,0	18-22	-	-
Ceftazidima	CAZ 30	3535CAZ	19,0	16-20	31,5	25-32	29,0	22-29	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	3570SUT	31,5	24-32	28,5	23-29	-	-	-	-

Módulo IV (MIV)

Antibacterianos	Potência/ Código	Lote/ Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218	
			Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)		Halo/Halo esperado (mm)	
Aztreonam	ATM 30	3561ATM	-	-	34,0	28-36	28,0	23-29	35,0	31-38
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	27,0	23-29	26,5	23-29	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3513CRO	27,5	22-28	32,0	29-35	22,0	17-23	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3562CLO	26,0	19-26	27,0	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3557GEN	25,0	19-27	23,0	19-26	21,5	17-23	-	-
Tetraciclina	TET 30	3540TET	29,5	24-30	24,5	18-25	-	-	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências CLSI 2026.

PRODUTO APROVADO PARA USO EM LABORATÓRIO

DATA: 02/07/2026.

CONTROLE DE QUALIDADE – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444