


**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES NÃO URINÁRIO (ENU) LOTE PENUDMEBR10124 FAB. 01/24 VAL. 01/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	3269AMC	-	-	<b>24,0</b>	18-24	-	-	<b>20,5</b>	17-22
Ampicilina	AMP 10	3272AMP	-	-	<b>20,0</b>	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3283ATM	-	-	<b>35,0</b>	28-36	<b>28,0</b>	23-29	-	-
Cefepime	CPM 30	3297CPM	-	-	<b>37,0</b>	31-37	<b>30,0</b>	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3303CFO	<b>27,0</b>	24-30	<b>27,5</b>	23-29	-	-	-	-
Cefotaxima	CTX 05	3261CTXE	-	-	<b>31,0</b>	25-31	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3235CRO	-	-	<b>34,0</b>	29-35	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3293CIP	<b>26,0</b>	21-27	<b>37,0</b>	29-37	<b>33,0</b>	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	3250GEN	<b>25,0</b>	19-25	<b>25,0</b>	19-26	<b>23,0</b>	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3253MPM	-	-	<b>34,0</b>	28-35	<b>33,0</b>	27-33	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3226PITE	-	-	<b>26,5</b>	21-27	<b>27,5</b>	23-29	<b>26,0</b>	21-27
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3242SUT	<b>31,5</b>	26-32	<b>29,0</b>	23-29	-	-	-	-

**Informações adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar - DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 16 de janeiro de 2024.



Controle de Qualidade – DME  
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610