

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES NÃO URINÁRIO (ENU) LOTE PENUDMEBR10222 FAB. 02/22 VAL. 02/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	3042AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	21,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3040AMP	-	-	21,0	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3019ATM	-	-	35,0	28-36	28,5	23-29	-	-
Cefepime	CPM 30	3052CPM	-	-	36,0	31-37	31,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3012CFO	28,0	24-30	28,5	23-29	-	-	-	-
Cefotaxima	CTX 05	3011CTXE	-	-	29,0	25-31	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3028CRO	-	-	34,0	29-35	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3041CIP	26,5	21-27	37,0	29-37	32,0	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2997CLO	25,0	20-28	25,0	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3022GEN	25,0	19-25	24,5	19-26	23,0	17-23	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	2990PITE	-	-	26,5	21-27	27,5	23-29	26,0	21-27
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3026SUT	31,0	26-32	28,5	23-29	-	-	-	-

Informações adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar - DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 19 de fevereiro de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001