

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES NÃO URINÁRIO (ENU) LOTE PENUDMEBR10320 FAB. 03/20 VAL. 03/21**

| Antibacteriano             | Código/<br>Potência µg | Lote<br>Sensidisc | Staphylococcus<br>aureus<br>ATCC 29213 |                           | Escherichia coli<br>ATCC 25922<br>(1) |                           | Pseudomonas<br>aeruginosa<br>ATCC 27853 |                           | Escherichia coli<br>ATCC 35218<br>(2) |                           |
|----------------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                            |                        |                   | Halo                                   | Halo/<br>esperado<br>(mm) | Halo                                  | Halo/<br>esperado<br>(mm) | Halo                                    | Halo/<br>esperado<br>(mm) | Halo                                  | Halo/<br>esperado<br>(mm) |
| Amoxicilina/Ác clavulânico | AMC 30 (20/10)         | 2817AMC           | -                                      | -                         | <b>24,0</b>                           | 18-24                     | -                                       | -                         | <b>21,0</b>                           | 17-22                     |
| Ampicilina                 | AMP 10                 | 2847AMP           | -                                      | -                         | <b>22,0</b>                           | 15-22                     | -                                       | -                         | -                                     | -                         |
| Aztreonam                  | ATM 30                 | 2812ATM           | -                                      | -                         | <b>36,0</b>                           | 28-36                     | <b>28,0</b>                             | 23-29                     | -                                     | -                         |
| Cefepime                   | CPM 30                 | 2830CPM           | -                                      | -                         | <b>37,0</b>                           | 31-37                     | <b>31,0</b>                             | 25-31                     | -                                     | -                         |
| Cefoxitina                 | CFO 30                 | 2843CFO           | <b>29,0</b>                            | 24-30                     | <b>29,0</b>                           | 23-29                     | -                                       | -                         | -                                     | -                         |
| Cefotaxima                 | CTX 05                 | 2759CTXE          | -                                      | -                         | <b>30,0</b>                           | 25-31                     | -                                       | -                         | -                                     | -                         |
| Ceftriaxona                | CRO 30                 | 2811CRO           | -                                      | -                         | <b>34,5</b>                           | 29-35                     | -                                       | -                         | -                                     | -                         |
| Ciprofloxacina             | CIP 05                 | 2818CIP           | <b>27,0</b>                            | 21-27                     | <b>37,0</b>                           | 29-37                     | <b>32,5</b>                             | 25-33                     | -                                     | -                         |
| Cloranfenicol              | CLO 30                 | 2842CLO           | <b>27,0</b>                            | 20-28                     | <b>26,0</b>                           | 21-27                     | -                                       | -                         | -                                     | -                         |
| Gentamicina                | GEN 10                 | 2849GEN           | <b>25,0</b>                            | 19-25                     | <b>25,0</b>                           | 19-26                     | <b>23,0</b>                             | 17-23                     | -                                     | -                         |
| Piperacilina/Tazobactam    | PIT 30/6               | 2769PITE          | -                                      | -                         | <b>26,5</b>                           | 21-27                     | <b>27,0</b>                             | 23-29                     | <b>26,0</b>                           | 21-27                     |
| Sulfazotrim                | SUT 25                 | 2827SUT           | <b>32,0</b>                            | 26-32                     | <b>29,0</b>                           | 23-29                     | -                                       | -                         | -                                     | -                         |

**Informações adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar - DIFCO, lote 9224870 com validade em 30/09/2021.
- Referências BrCAST 2019.

Araçatuba, 23 de março de 2020.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001