

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES NÃO URINÁRIO (ENU) LOTE PENUDMEBR10321 FAB. 03/21 VAL. 03/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	2903AMC	-	-	<b>24,0</b>	18-24	-	-	<b>20,5</b>	17-22
Ampicilina	AMP 10	2891AMP	-	-	<b>22,0</b>	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	2936ATM	-	-	<b>35,5</b>	28-36	<b>28,0</b>	23-29	-	-
Cefepime	CPM 30	2921CPM	-	-	<b>36,0</b>	31-37	<b>30,0</b>	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	2922CFO	<b>28,0</b>	24-30	<b>29,0</b>	23-29	-	-	-	-
Cefotaxima	CTX 05	2863CTXE	-	-	<b>30,0</b>	25-31	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2915CRO	-	-	<b>34,5</b>	29-35	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2930CIP	<b>26,5</b>	21-27	<b>37,0</b>	29-37	<b>32,5</b>	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2923CLO	<b>25,0</b>	20-28	<b>25,0</b>	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2932GEN	<b>23,0</b>	19-25	<b>25,0</b>	19-26	<b>22,5</b>	17-23	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	2883PITE	-	-	<b>27,0</b>	21-27	<b>27,0</b>	23-29	<b>26,0</b>	21-27
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2950SUT	<b>31,5</b>	26-32	<b>29,0</b>	23-29	-	-	-	-

**Informações adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar - DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
- Referências BrCAST 2020.

Araçatuba, 06 de abril de 2021.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001