

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERALES NÃO URINÁRIO (ENU) LOTE PENUDMEBR10623 FAB. 06/23 VAL. 06/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	3211AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	20,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	3220AMP	-	-	19,5	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3145ATM	-	-	35,0	28-36	27,5	23-29	-	-
Cefepime	CPM 30	3173CPM	-	-	37,0	31-37	31,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3177CFO	28,0	24-30	29,0	23-29	-	-	-	-
Cefotaxima	CTX 05	3185CTXE	-	-	31,0	25-31	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3136CRO	-	-	34,5	29-35	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3190CIP	27,0	21-27	37,0	29-37	32,0	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3139CLO	26,0	20-28	26,0	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3191GEN	25,0	19-25	24,5	19-26	23,0	17-23	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3176PITE	-	-	27,0	21-27	27,5	23-29	26,0	21-27
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3201SUT	31,0	26-32	29,0	23-29	-	-	-	-

Informações adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar - DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 15 de junho de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610