

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES NÃO URINÁRIO (ENU) LOTE PENUDMEBR10725 FAB. 07/25 VAL. 07/26**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	3425AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	19,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	3460AMP	-	-	20,0	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3420ATM	-	-	35,0	28-36	27,0	23-29	-	-
Cefepime	CPM 30	3471CPM	-	-	36,0	31-37	31,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3459CFO	26,0	24-30	26,0	23-29	-	-	-	-
Cefotaxima	CTX 05	3414CTXE	-	-	31,0	25-31	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3442CRO	-	-	34,0	29-35	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3484CIP	26,0	21-27	36,0	29-37	30,0	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	3453GEN	25,0	19-25	25,0	19-26	23,0	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3438MPM	-	-	33,5	28-35	33,0	27-33	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3434PITE	-	-	26,0	21-27	26,0	23-29	26,0	21-27
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3456SUT	32,0	26-32	29,0	23-29	-	-	-	-

Informações adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar - DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 30 de julho de 2025.

Controle de Qualidade – DME
Gabrieli M. S. Zenerato - CRBM 64925