


CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES NÃO URINÁRIO (ENU) LOTE PENUDMEBR10823 FAB. 08/23 VAL. 08/24**

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | | Escherichia coli ATCC 25922 (1) | | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | | Escherichia coli ATCC 35218 (2) | |
|----------------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) |
| Amoxicilina/Ác clavulânico | AMC 30 (20/10) | 3211AMC | - | - | 24,0 | 18-24 | - | - | 20,5 | 17-22 |
| Ampicilina | AMP 10 | 3220AMP | - | - | 20,0 | 15-22 | - | - | - | - |
| Aztreonam | ATM 30 | 3221ATM | - | - | 34,5 | 28-36 | 28,0 | 23-29 | - | - |
| Cefepime | CPM 30 | 3225CPM | - | - | 36,0 | 31-37 | 31,0 | 25-31 | - | - |
| Cefoxitina | CFO 30 | 3177CFO | 27,0 | 24-30 | 28,0 | 23-29 | - | - | - | - |
| Cefotaxima | CTX 05 | 3185CTXE | - | - | 30,0 | 25-31 | - | - | - | - |
| Ceftriaxona | CRO 30 | 3235CRO | - | - | 34,0 | 29-35 | - | - | - | - |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 3251CIP | 27,0 | 21-27 | 37,0 | 29-37 | 33,0 | 25-33 | - | - |
| Gentamicina | GEN 10 | 3250GEN | 25,0 | 19-25 | 25,0 | 19-26 | 23,0 | 17-23 | - | - |
| Meropenem | MPM 10 | 3216MPM | - | - | 34,0 | 28-35 | 33,0 | 27-33 | - | - |
| Piperacilina/Tazobactam | PIT 30/6 | 3226PITE | - | - | 26,0 | 21-27 | 27,5 | 23-29 | 26,0 | 21-27 |
| Sulfazotrim | SUT 25 (23,75/1,25) | 3242SUT | 32,0 | 26-32 | 29,0 | 23-29 | - | - | - | - |

Informações adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar - DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 22 de agosto de 2023.



Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610