

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES NÃO URINÁRIO (ENU) LOTE PENUDMEBR10826 FAB. 08/26 VAL. 08/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	3552AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	20,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	3525AMP	-	-	21,0	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3561ATM	-	-	35,5	28-36	28,5	23-29	-	-
Cefepime	CPM 30	3575CPM	-	-	35,5	31-37	31,0	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	27,0	24-30	28,5	23-29	-	-	-	-
Cefotaxima	CTX 05	3574CTXE	-	-	31,0	25-31	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3513CRO	-	-	35,0	29-35	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	27,0	21-27	36,5	29-37	33,0	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	25,0	19-25	25,0	19-26	23,0	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3601MPM	-	-	34,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3593PITE	-	-	27,0	21-27	28,0	23-29	27,0	21-27
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3570SUT	31,5	26-32	28,5	23-29	-	-	-	-

Informações adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar - DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 07 de agosto de 2026.

Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos - CRBM 58444