

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES NÃO URINÁRIO (ENU) LOTE PENUDMEBR10926 FAB. 09/26 VAL. 09/27**

| Antibacteriano                              | Código/<br>Potência µg | Lote<br>Sensidisc | Staphylococcus<br>aureus<br>ATCC 29213 |                           | Escherichia coli<br>ATCC 25922<br>(1) |                           | Pseudomonas<br>aeruginosa<br>ATCC 27853 |                           | Escherichia coli<br>ATCC 35218<br>(2) |                           |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                                             |                        |                   | Halo                                   | Halo/<br>esperado<br>(mm) | Halo                                  | Halo/<br>esperado<br>(mm) | Halo                                    | Halo/<br>esperado<br>(mm) | Halo                                  | Halo/<br>esperado<br>(mm) |
| Amoxicilina/Ác clavulânico                  | AMC 30<br>(20/10)      | 3596AMC           | -                                      | -                         | 24,0                                  | 18-24                     | -                                       | -                         | 19,5                                  | 17-22                     |
| Ampicilina                                  | AMP 10                 | 3599AMP           | -                                      | -                         | 20,0                                  | 15-22                     | -                                       | -                         | -                                     | -                         |
| Aztreonam                                   | ATM 30                 | 3561ATM           | -                                      | -                         | 35,5                                  | 28-36                     | 27,5                                    | 23-29                     | -                                     | -                         |
| Cefepime                                    | CPM 30                 | 3575CPM           | -                                      | -                         | 36,0                                  | 31-37                     | 30,0                                    | 25-31                     | -                                     | -                         |
| Cefoxitina                                  | CFO 30                 | 3550CFO           | 26,5                                   | 24-30                     | 28,5                                  | 23-29                     | -                                       | -                         | -                                     | -                         |
| Cefotaxima                                  | CTX 05                 | 3574CTXE          | -                                      | -                         | 30,5                                  | 25-31                     | -                                       | -                         | -                                     | -                         |
| Ceftriaxona                                 | CRO 30                 | 3589CRO           | -                                      | -                         | 34,5                                  | 29-35                     | -                                       | -                         | -                                     | -                         |
| Ciprofloxacina                              | CIP 05                 | 3584CIP           | 27,0                                   | 21-27                     | 36,5                                  | 29-37                     | 31,5                                    | 25-33                     | -                                     | -                         |
| Gentamicina                                 | GEN 10                 | 3592GEN           | 24,0                                   | 19-25                     | 24,0                                  | 19-26                     | 22,0                                    | 17-23                     | -                                     | -                         |
| Meropenem                                   | MPM 10                 | 3601MPM           | -                                      | -                         | 34,5                                  | 28-35                     | 32,5                                    | 27-33                     | -                                     | -                         |
| Piperacilina/Tazobactam                     | PIT 30/6               | 3593PITE          | -                                      | -                         | 26,5                                  | 21-27                     | 27,5                                    | 23-29                     | 27,0                                  | 21-27                     |
| Sulfazotrim<br>(Sulfametoxazol/Trimetoprim) | SUT 25<br>(23,75/1,25) | 3610SUT           | 27,5                                   | 26-32                     | 27,0                                  | 23-29                     | -                                       | -                         | -                                     | -                         |

**Informações adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar - DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 03 de setembro de 2026.

Controle de Qualidade – DME  
Beatriz A. Santos - CRBM 58444