CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 - DME

ENTEROBACTERALES NÃO URINÁRIO (ENU) LOTE PENUDMEBR11026 FAB. 10/26 VAL. 10/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ác clavulânico	AMC 30 (20/10)	3596AMC	-	-	**24,0**	18-24	-	-	**20,0**	17-22
Ampicilina	AMP 10	3599AMP	-	-	**21,0**	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3561ATM	-	-	**35,0**	28-36	**28,0**	23-29	-	-
Cefepime	CPM 30	3575CPM	-	-	**35,5**	31-37	**30,0**	25-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3620CFO	**27,0**	24-30	**26,5**	23-29	-	-	-	-
Cefotaxima	CTX 05	3574CTXE	-	-	**30,5**	25-31	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3589CRO	-	-	**34,0**	29-35	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	**26,5**	21-27	**37,0**	29-37	**31,0**	25-33	-	-
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	**24,5**	19-25	**24,0**	19-26	**22,5**	17-23	-	-
Meropenem	MPM 10	3601MPM	-	-	**35,0**	28-35	**33,0**	27-33	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3593PITE	-	-	**27,0**	21-27	**27,5**	23-29	**27,0**	21-27
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	**28,0**	26-32	**26,0**	23-29	-	-	-	-

Informações adicionais:
- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar - DIFCO, lote 6012113 com validade em 30/04/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 09 de outubro de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos - CRBM 58444