

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERALES NÃO URINÁRIO (ENU) LOTE PENUDMECLSI10422 FAB. 04/22 VAL. 04/23**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo/ esperado (mm)	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ác. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	3042AMC	35,0	28-36	24,0	18-24	-	-	20,5	17-22
Ampicilina	AMP 10	3040AMP	34,5	27-35	21,5	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	3019ATM	-	-	35,5	28-36	29,0	23-29	35,0	31-38
Cefazolina	CFZ 30	3053CFZ	33,0	29-35	27,0	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	3052CPM	28,0	23-29	36,0	31-37	30,0	24-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	3069CFO	28,5	23-29	29,0	23-29	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3028CRO	27,0	22-28	34,0	29-35	22,0	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	3071CIP	27,0	22-30	37,0	29-38	33,0	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3076CLO	25,0	19-26	25,0	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	3072GEN	26,0	19-27	24,0	19-26	23,0	17-23	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 110 (100/10)	3064PIT	34,5	27-36	30,0	24-30	33,0	25-33	29,0	24-30
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3066SUT	31,0	24-32	29,0	23-29	-	-	-	-

Informações adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar - DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências CLSI 2021.

Araçatuba, 19 de abril de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001