

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 - DME****ENTEROBACTERIALES NÃO URINÁRIO (ENU) LOTE PENUDMECLSI10820 FAB. 08/20 VAL. 08/21**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo/ esperado (mm)	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	2847AMP	<b>34,0</b>	27-35	<b>22,0</b>	15-22	-	-	-	-
Aztreonam	ATM 30	2870ATM	-	-	<b>35,0</b>	28-36	<b>29,0</b>	23-29	<b>36,0</b>	31-38
Cefazolina	CFZ 30	2813CFZ	<b>34,0</b>	29-35	<b>27,0</b>	21-27	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2871CPM	<b>28,0</b>	23-29	<b>36,0</b>	31-37	<b>31,0</b>	24-31	-	-
Cefoxitina	CFO 30	2843CFO	<b>29,0</b>	23-29	<b>29,0</b>	23-29	-	-	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	2858CRO	<b>27,0</b>	22-28	<b>34,0</b>	29-35	<b>22,5</b>	17-23	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2850CIP	<b>27,0</b>	22-30	<b>37,0</b>	29-38	<b>32,5</b>	25-33	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2842CLO	<b>25,0</b>	19-26	<b>25,0</b>	21-27	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2849GEN	<b>27,0</b>	19-27	<b>25,0</b>	19-26	<b>23,0</b>	17-23	-	-
Piperacilina/Tazobactam	PIT 110 (100/10)	2839PIT	<b>34,5</b>	27-36	<b>30,0</b>	24-30	<b>33,0</b>	25-33	<b>29,0</b>	24-30
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2859SUT	<b>32,0</b>	24-32	<b>29,0</b>	23-29	-	-	-	-
Tetraciclina	TET 30	2832TET	<b>30,0</b>	24-30	<b>25,0</b>	18-25	-	-	-	-

**Informações adicionais:****- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar - DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 15 de agosto de 2020.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001