

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****ESBL - LOTE: PESBL10123 FAB. 01/23 VAL. 01/24**

Antibacterianos	Lote/ Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)		Klebsiella pneumoniae ATCC 700603	
			Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)	
Amoxicilina/Ác. Clavulânico	3163AMC	AMC 30 (20/10)	35,5	28-36	24,0	18-24	-	-	20,0	17-22	-	-
Aztreonam	3145ATM	ATM 30	-	-	35,0	28-36	28,0	23-29	35,0	31-38	14,0	10-16
Cefotaxima	3132CTX	CTX 30	29,0	25-31	35,0	29-35	21,0	18-22	-	-	24,0	15-25
Ceftazidima	3080CAZ	CAZ 30	20,0	16-20	31,0	25-32	28,0	22-29	-	-	14,0	10-18
Ceftriaxona	3097CRO	CRO 30	26,0	22-28	34,0	29-35	22,0	17-23	-	-	21,0	16-24

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referência CLSI 2022.

Araçatuba, 19 de janeiro de 2023.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001