

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****ESBL - LOTE: PESBL10221 FAB. 02/21 VAL. 02/22**

Antibacterianos	Lote/ Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)	
Amoxicilina/Ác. Clavulânico	2903AMC	AMC 30 (20/10)	36,0	28-36	24,0	18-24	-	-	20,5	17-22
Aztreonam	2870ATM	ATM 30	-	-	35,0	28-36	29,0	23-29	35,0	31-38
Cefotaxima	2893CTX	CTX 30	29,0	25-31	35,0	29-35	21,5	18-22	-	-
Ceftazidima	2911CAZ	CAZ 30	20,0	16-20	32,0	25-32	29,0	22-29	-	-
Ceftriaxona	2915CRO	CRO 30	27,0	22-28	34,0	29-35	22,5	17-23	-	-

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 13 de fevereiro de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001