

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****ESBL - LOTE: PESBL10222 FAB. 02/22 VAL. 02/23**

Antibacterianos	Lote/ Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)		Klebsiella pneumoniae ATCC 700603	
			Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)	
Amoxicilina/Ác. Clavulânico	3042AMC	AMC 30 (20/10)	<b>36,0</b>	28-36	<b>24,0</b>	18-24	-	-	<b>21,0</b>	17-22	-	-
Aztreonam	3019ATM	ATM 30	-	-	<b>35,0</b>	28-36	<b>28,0</b>	23-29	<b>35,0</b>	31-38	<b>14,0</b>	10-16
Cefotaxima	3007CTX	CTX 30	<b>29,0</b>	25-31	<b>35,0</b>	29-35	<b>21,0</b>	18-22	-	-	<b>23,0</b>	15-25
Ceftazidima	2999CAZ	CAZ 30	<b>20,0</b>	16-20	<b>31,0</b>	25-32	<b>28,0</b>	22-29	-	-	<b>14,0</b>	10-18
Ceftriaxona	3028CRO	CRO 30	<b>27,0</b>	22-28	<b>34,0</b>	29-35	<b>22,0</b>	17-23	-	-	<b>21,0</b>	16-24

**Informações Adicionais:****- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Araçatuba, 02 de março de 2022.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001