

CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

ESBL - LOTE: PESBL10924 FAB. 09/24 VAL. 09/25

Antibacterianos	Lote/ Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)		Klebsiella pneumoniae ATCC 700603	
			Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)		Halo/esperado (mm)	
Amoxicilina/Ác. Clavulânico	3360AMC	AMC 30 (20/10)	34,0	28-36	23,5	18-24	-	-	19,5	17-22	-	-
Aztreonam	3361ATM	ATM 30	-	-	35,0	28-36	28,0	23-29	35,0	31-38	15,5	10-16
Cefotaxima	3379CTX	CTX 30	28,0	25-31	34,0	29-35	21,0	18-22	-	-	22,0	15-25
Ceftazidima	3281CAZ	CAZ 30	19,0	16-20	30,0	25-32	28,0	22-29	-	-	14,5	10-18
Ceftriaxona	3317CRO	CRO 30	26,0	22-28	34,0	29-35	22,0	17-23	-	-	20,5	16-24

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referência CLSI 2024.

Araçatuba, 23 de setembro de 2024.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601