CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

ESBL - LOTE: PESBL11025 FAB. 10/25 VAL. 10/26

Antibacterianos	Lote/ Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923 Halo/esperado (mm)		Escherichia coli ATCC 25922 (1) Halo/esperado (mm)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Halo/esperado (mm)		Escherichia coli ATCC 35218 (2) Halo/esperado (mm)		Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 Halo/esperado (mm)	
Amoxicilina/Ác. Clavulânico	3489AMC	AMC 30 (20/10)	**35,0**	28-36	**24,0**	18-24	**-**	-	**20,0**	17-22	**-**	-
Aztreonam	3501ATM	ATM 30	**-**	-	**35,0**	28-36	**26,0**	23-29	**35,0**	31-38	**15,0**	10-16
Cefotaxima	3502CTX	CTX 30	**29,0**	25-31	**35,0**	29-35	**20,0**	18-22	**-**	-	**22,5**	15-25
Ceftazidima	3450CAZ	CAZ 30	**19,0**	16-20	**32,0**	25-32	**29,0**	22-29	**-**	-	**15,0**	10-18
Ceftriaxona	3442CRO	CRO 30	**26,0**	22-28	**34,0**	29-35	**21,0**	17-23	**-**	-	**21,5**	16-24

Informações Adicionais:
- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referência CLSI 2025.

Araçatuba, 07 de outubro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601