

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****ESBL - LOTE: PESBL20725****FAB. 07/25****VAL. 07/26**

Antibacterianos	Lote/ Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923 Halo/esperado (mm)	Escherichia coli ATCC 25922 (1) Halo/esperado (mm)	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Halo/esperado (mm)	Escherichia coli ATCC 35218 (2) Halo/esperado (mm)	Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 Halo/esperado (mm)
Amoxicilina/Ác. Clavulânico	3489AMC	AMC 30 (20/10)	34,0 28-36	24,0 18-24	- -	19,0 17-22	- -
Aztreonam	3420ATM	ATM 30	- -	35,0 28-36	28,0 23-29	35,0 31-38	14,0 10-16
Cefotaxima	3441CTX	CTX 30	28,0 25-31	34,0 29-35	21,0 18-22	- -	21,0 15-25
Ceftazidima	3450CAZ	CAZ 30	19,0 16-20	31,0 25-32	28,0 22-29	- -	13,0 10-18
Ceftriaxona	3442CRO	CRO 30	26,0 22-28	34,0 29-35	21,0 17-23	- -	20,0 16-24

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referência CLSI 2025.

Araçatuba, 25 de julho de 2025.

Controle de Qualidade – DME

Gabrieli Maria de Souza Zenerato – CRBM 64925