

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****ESBL - LOTE: PESBL10626****FAB. 06/26****VAL. 06/27**

Antibacterianos	Lote/ Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923 Halo/esperado (mm)		Escherichia coli ATCC 25922 (1) Halo/esperado (mm)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Halo/esperado (mm)		Escherichia coli ATCC 35218 (2) Halo/esperado (mm)		Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 Halo/esperado (mm)	
Amoxicilina/Ác. Clavulânico	3552AMC	AMC 30 (20/10)	35,5	28-36	24,0	18-24	-	-	20,0	17-22	-	-
Aztreonam	3561ATM	ATM 30	-	-	35,0	28-36	26,5	23-29	35,0	31-38	14,5	10-16
Cefotaxima	3502CTX	CTX 30	29,0	25-31	34,5	29-35	20,0	18-22	-	-	21,5	15-25
Ceftazidima	3535CAZ	CAZ 30	19,0	16-20	31,5	25-32	29,0	22-29	-	-	14,0	10-18
Ceftriaxona	3513CRO	CRO 30	25,0	22-28	34,0	29-35	21,0	17-23	-	-	21,0	16-24

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referência CLSI 2026.

Araçatuba, 30 de junho de 2026.

Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444