

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC – DME****ESBL - LOTE PESBL10726 FAB. 07/26 VAL. 07/27**

| Antibacterianos             | Lote/<br>Sensidisc | Código/<br>Potência µg | Staphylococcus<br>aureus<br>ATCC 25923<br><br>Halo/esperado<br>(mm) | Escherichia<br>coli<br>ATCC 25922<br>(1)<br><br>Halo/esperado<br>(mm) | Pseudomonas<br>aeruginosa<br>ATCC 27853<br><br>Halo/esperado<br>(mm) | Escherichia<br>coli<br>ATCC 35218<br>(2)<br><br>Halo/esperado<br>(mm) | Klebsiella<br>pneumoniae<br>ATCC 700603<br><br>Halo/esperado<br>(mm) |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Amoxicilina/Ác. Clavulânico | 3552AMC            | AMC 30 (20/10)         | <b>35,0</b> 28-36                                                   | <b>24,0</b> 18-24                                                     | - -                                                                  | <b>20,0</b> 17-22                                                     | - -                                                                  |
| Aztreonam                   | 3561ATM            | ATM 30                 | - -                                                                 | <b>35,5</b> 28-36                                                     | <b>27,0</b> 23-29                                                    | <b>35,0</b> 31-38                                                     | <b>14,5</b> 10-16                                                    |
| Cefotaxima                  | 3502CTX            | CTX 30                 | <b>29,0</b> 25-31                                                   | <b>35,0</b> 29-35                                                     | <b>20,0</b> 18-22                                                    | - -                                                                   | <b>22,5</b> 15-25                                                    |
| Ceftazidima                 | 3535CAZ            | CAZ 30                 | <b>19,5</b> 16-20                                                   | <b>32,0</b> 25-32                                                     | <b>28,5</b> 22-29                                                    | - -                                                                   | <b>14,5</b> 10-18                                                    |
| Ceftriaxona                 | 3513CRO            | CRO 30                 | <b>25,0</b> 22-28                                                   | <b>34,5</b> 29-35                                                     | <b>21,0</b> 17-23                                                    | - -                                                                   | <b>20,0</b> 16-24                                                    |

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referência CLSI 2026.

Araçatuba, 15 de julho de 2026.

Controle de Qualidade – DME  
Beatriz A. Santos – CRBM 58444